

芳賀赤十字病院 血管撮影室改修工事仕様書

この仕様書は芳賀赤十字病院<以下「甲」>におけるアンギオ装置更新に伴う血管撮影室改修のための工事仕様を定め、受託者<以下「乙」>は誠意を持って確実に履行するものとする。

1.件名

芳賀赤十字病院 血管撮影室 アンギオ装置更新に伴う改修工事

2.履行場所

芳賀赤十字病院 1 階 血管撮影室

3.工事概要

①建築工事

- ・ 部分ハツリ用簡易仮囲い
- ・ 床 長尺シート部分剥がし
- ・ 天井部分解体 LGS 下地+ケイカル板
(ケーブルサポート付近)
- ・ 床ベース部ハツリ
- ・ ピット内モルタルハツリ
- ・ 同上カッター入れ
- ・ 既存床ベース撤去
- ・ 各所雑解体
- ・ 床ベース部及びピット部モルタル補修
- ・ 天井一部解体復旧
- ・ 天井塗装補修(類似色)
- ・ 床 長尺シート 解体部分張り
- ・ ピット蓋設置及び加工
- ・ アスベスト調査
- ・ 操作室、CPU 室補強板取付
- ・ 光用空配管点検口増設

②医療機器用鉄骨架台工事

- ・ 天吊りパイプレール用天井レール下地・ボス再利用
- ・ 床ベース支給品 1 枚

- ・同上工場加工
- ・ケーブルサポート交換
- ・精度調整

③電気設備工事

- ・装置用空配管 FEP φ 100
- ・同上空配管 FEP φ 80
- ・PF22
- ・ELB 3P 125A
- ・VCT60-3C
- ・IV22
- ・雑材消耗品
- ・コンソール用補強板取付

5.一般事項

- ・本工事は本仕様書による他、関係法令に基づき施工すること。
- ・仕様書に明示していない事項で、工事の性質上必要なものは甲に報告し、施工するか否かを協議すること。
- ・施工に先立ち甲と打ち合わせの上、工程表を提出し、承諾を得ること。
- ・施工にあたっては、職員及び来院者などに対しての安全確保を図ること。
- ・停電、断水、騒音を伴う工事を行う場合は事前に甲に連絡の上、病院運営などに支障の無いように行うこと。
- ・フィリップス社製アンギオ装置に関して、十分な知識を有しており過去2年にさかのぼり、フィリップス社製アンギオ装置に関する工事を10件以上施工していること。